

## Kvalitetssikring og akkreditering af u-stix på Clinitek

---

### **Bioanalytiker, Eva Skødt Nielsen**

*Titel: Områdeansvarlig bioanalytiker.*

*Beskæftigelsesområder: Ansat på Blodprøver og Biokemi, HE Midt.*

*Fagligt ansvar for POCT-området på HE Midt, herunder planlægning, udførelse samt udvikling. Intern auditor på HE Midt ift. DS/EN ISO 15 189 og 22 870.*

---

Patientnære analyser (POCT) er i rivende udvikling. Kvalitetssikring af analyserne er afgørende for en god analysekvalitet. Med kvalitetssikring menes ikke blot analysering af kontrolmateriale, men også godkendelsesprøvning af reagenser og kontrolmateriale, oplæring og gentræning af personale, registrering af afvigende forhold, afholdelse af intern audit, udførelse af vedligeholdelse mm.

I oplægget gennemgås hvordan der arbejdes med kvalitetssikring af Clinitek på HE Midt, idet der tages udgangspunkt i egne oplevelser og erfaringer.

Med ønsket om at opnå akkreditering af u-stix analyserne på Clinitek fortælleres om, hvordan den praktiske validering er foregået, og om hvordan besøget af DANAK forløb.

Et oplæg om at højne kvaliteten af u-stix analyser og om vejen til akkreditering.