

Korrekt håndtering af eksterne kvalitetssikrings prøver

Bioanalytiker, Sanne Schou

Titel: Bioanalytiker i DEKS

Beskæftigelsesområder: Har været ansat hos DEKS siden 2017. Ansvarlig for flere af DEKS' EQA-programmer.

I foredraget gennemgås kort forskellen mellem IQA og EQA. Herefter fokuseres der på ekstern kvalitetssikring, og de rapporter laboratorierne modtager fra DEKS. Her vil kort blive gennemgået, hvordan man tolker grafikken.

Derefter gennemgås særlige præanalytiske forhold, som er vigtige for, at man får det bedste udbytte af sin EQA - eller sagt på en anden måde, hvordan man bør håndtere sine eksterne kvalitetssikringsprøver. Her vil blandt andet blive gennemgået hvordan tid, temperaturer og prøveforbytning kan påvirke resultaterne.

Der vil blive vist eksempler på afvigelser inden for forskellige EQA programmer, hvor ukorrekt håndtering af eksterne kvalitetssikringsprøver har påvirket resultatet for det enkelte laboratorie. Som afrunding vil der blive gennemgået nogle forskellige tiltag/ideer, man som laboratorie kan implementere for at undgå disse fejl.