Tolkning af rapport

Her finder du vejledning til, hvorledes du kan tolke rapporter for følgende kvalitetssikringsprogrammer:

- C-reaktivt protein, CRP (3517 DK)
- Glukose (3809 DK)
- Hæmoglobin med referenceværdi (3523 DK)
- Troponin I og T (3802 DK)

Der er forskel på, hvilke grafikdele, de enkelte rapporter indeholder.



Prøvens navn

Linje med T er reference-værdien eller konsensus-middel af alle resultater

Den farvede del af histo-grammet er fordeling af egen metode

Rød streg med trekant un-der er egen første måling. Rød fed streg er egen an-den måling

Vurdering af afvigelsen fra referenceværdien (Vurde-ringen går kun på egen første måling)

Forskel i CV% er beregnet som: [(Første måling – An-den måling)/kvadratrod(2)] / [(Første måling + Anden måling)/2] *100%
Forskellen vurderes som tilfredsstillende eller min-dre tilfredsstillende

De grå cirkler viser egen metodes resultater, de hvide cirkler er alle andre resultater den sorte cirkel er eget resultat

Youden-plottet viser sam-menhængen mellem måle-evnen for den pågældende metode ved to koncentrati-oner.

Middelværdi for egen me-tode og for alle metoder samt standarddeviation og antal resultater